

Zestaw pytań i odpowiedzi Nr 1

Znak sprawy: DWOMP.III.221.2.2016

Niniejszym zgodnie z wymogami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), przekazujemy treść pytania wraz z wyjaśnieniem.

Dot. załącznik nr 2 do SIWZ – N – stanowisko opisowe

Pytanie 1. Pkt 202,207

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie oprogramowania diagnostycznego opartego na licencji przyznawanej i zarządzanej przez stację roboczą – tym samym bez możliwości migracji stanowiska o tej samej architekturze?

Uzasadnienie:

Oprogramowanie diagnostyczne z uwagi na specyfikę konfiguracji elementów składowych (monitory, karta grafiki) uniemożliwia odwzorowanie i zarządzanie jego właściwościami w zakresie atrybutów użytkownika. W oferowanym rozwiązaniu licencja oprogramowania diagnostycznego jest pływająca jednakże jej administracja przypisana jest do stacji roboczej. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć iż wymóg stawiany przez Zamawiającego wskazuje jednego producenta oprogramowania tym samym narusza przepisy wolnej konkurencji.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia brzmienie pkt 202 na:

Oprogramowanie oparte na koncepcji licencji przyznanych użytkownikowi (licencja pływająca)

Zamawiający zmienia brzmienie pkt 207 na:

Możliwość migracji stanowiska na inny komputer o tej samej architekturze (1 do 1), przy pomocy własnego działu IT

Pytanie 2. Pkt. 252

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu oznaczania obrazu zainteresowania z podaniem informacji dowolnego wielokąta oraz odchylenia standardowego wartości pikseli?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wskazuje na jednego producenta i narusza przepisy wolnej konkurencji.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia brzmienie pkt 252 na:

Oznaczenie obszaru zainteresowania z podaniem informacji: powierzchnia regionu zainteresowania, średnia wartość pikseli w regionie zainteresowania.

Zamawiający zmienia brzmienie pkt 252 w parametrach wymaganych na:

kształty Min. koła, elipsy, kwadratu, prostokąta

Pytanie 3. Pkt. 259

Wnosimy o odstąpienie od wymogu wydruku badania na kliszy ze stopką i nagłówkiem w zakresie zdefiniowanych informacji: nazwa zamawiającego, data i godzina badania, warunki ekspozycji. Zgodnie z ustawą wymagane dane nie mogą być widoczne na obrazie w jakości diagnostycznej DICOM.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia brzmienie pkt 259 na:

Wydruk badania na kliszy ze stopką i nagłówkiem, możliwość zdefiniowania wyglądu stopki jak i nagłówka. Min dane to:

- dane osobowe (imię, nazwisko, pesel, data urodzenia)
- data i godzina wykonania badania
- rodzaj badania
- warunki ekspozycji

Pytanie 4. Pkt. 349 – VIII inne

Oferowane przez Wykonawcę rozwiązania softwarowe w zakresie systemu PACS/WEB/Stacja są certyfikowanymi produktami medycznymi, tym samym nadzór jak i ich rozwój spoczywa na ich producencie. Produkty medyczne przechodzą wielokrotnie złożone testy, badania jakościowe, inne, co za tym idzie nakładane przez Ustawodawcę wymagania nie pozwalają przekazać wszystkich możliwych danych o które wnosi Zamawiający. Tym samym prosimy o wykreślenie punktu lub jego modyfikację w zakresie przekazania kodów dostępowych min. haseł do systemu operacyjnego. Dodatkowe węzły DICOM (dla urządzeń medycznych) są konfigurowalne przez producenta systemu, a ewentualna migracja danych z uwagi na wrażliwość przetrzymywanych informacji wymaga zawsze ingerencji producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisu